オーバーテーブル取扱説明書

●品番　MMPR07BE

注意事項

●**本製品はインプレス専用です。**
本製品はモルテン電動式介護ベッド･インプレス専用です。インプレス以外の製品（ベッド）に使用しないでください。

●**テーブル（天板）に寄りかかったり、15kg以上のものを置かないでください。**
転倒･破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。

●**オーバーテーブルに座らないでください。**
オーバーテーブルに座ったりもたれ掛かったりすると、転倒やケガをする恐れがあります。

●**危険ですので、オーバーテーブルの上に物を置いたままベッドの高さ調整を行わないでください。**

●**オーバーテーブルは必ず指定の位置･向きに取り付けて使用してください。**
オーバーテーブルは足元側のサイドガードP、サイドレールAに取り付けてください。

●**サイドガードPおよびサイドレールA以外の他のサイドレール製品と組み合わせて使用しないでください。**
他の製品と組み合わせた場合、ケガや破損する恐れがありますので、指定製品以外は使用しないでください。

●**お客様による改造･修理はしないでください。**
変形･破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。

●**オーバーテーブルを手すりがわりに使用しないでください。**

●**本来の目的以外に使用しないでください。**
本来の目的以外に使用すると、ベッドの破損や思わぬケガをする恐れがあります。

●**有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などをオーバーテーブルに直接噴射しないでください。**
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や殺虫剤に含まれる溶剤によってオーバーテーブルが破損･変色･溶解する恐れがあります。また、破損･溶解した部分で思わぬケガをする恐れがあります。清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。その後残った洗剤分を水に浸した柔らかい布で拭き取ってください。

●**本製品は日本国内専用です。**
海外では使用できません。

各部名称

設置方法

オーバーテーブルのサイドブラケットがサイドガードPまたはサイドレールAの上部にはまるように取り付けてください。

●足元側から見た図

⚠ 警告

- ●オーバーテーブルは必ず指定の位置・向きに取り付けて使用してください。
- ●サイドガードPおよびサイドレールA以外の他のサイドレール製品と組み合わせて使用しないでください。

付属品の適合

●適合付属品

JIS認証

	品　番	品　　名
サイドレール	**MMPR01FBE** **MMPR02BE** **MTUT10DB**	サイドガードPL(ノーマルタイプ フット側) サイドガードPS(ノーマルタイプ) サイドレールA
	MMPR01FBEH **MMPR02BEH**	サイドガードPL(Hタイプ フット側) サイドガードPS(Hタイプ)

お手入れ方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を、水に浸してよく絞った布で拭き取ってください。
最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。

■適応機種=モルテン電動式介護ベッド　インプレス

仕様

オーバーテーブル　品番　MMPR07BE

- ●サイズ：幅110×奥行31×高さ3.5cm
- ●重　量：3.0kg
- ●最大使用荷重：15kg
- ●素　材：化粧合板、ABS樹脂
- ●カラー：ベージュ

■インプレス専用

開発・製造元

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
※ 健康用品事業本部にて取得しています。

2015.10